



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A (empresa) _____ estabelecida na cidade de _____ à Rua _____, nº _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, nome do representante legal da empresa _____, e-mail: _____.

1. DO OBJETO – (Descrição)

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2. O valor global da nossa proposta é R\$ _____ (por extenso).

| ITEM | QTD | UNID | ESPECIFICAÇÃO | CARACTERÍSTICAS | MARCA | UNIT | TOTAL |
|------|-----|------|--|-----------------|-------|------|-------|
| 01 | 300 | PCT | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, com aproximadamente 14 cm de comprimento x 1,4 cm de largura e 0,5 cm de espessura. Embalado em pacote com 100 unidades. | | | | |
| 02 | 300 | PCT | Absorvente higiênico para fluídos corporais, uso pós-parto ou incontinência urinária. Confeccionado com material absorvente, com cobertura de falso tecido, revestido externamente por película impermeável, espessura compatível com fluxo abundante. Sem abas. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|----|---|---|--|--|--|
| | | | Dimensões mínimas da área absorvível de 45 cm x 15 cm. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 03 | 200 | GL | ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO (formulação que para o seu uso não necessite de nenhum procedimento de diluição), acompanhado de inibidor de corrosão, concentração entre 0,09 % e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável, atóxica e sem efeito residual; acondicionada em bombona de 5 litros, odor característico, atividade mínima de 20 dias; solução utilizada para a desinfecção de alto nível de artigos de uso hospitalar (materiais de inaloterapia, oxigenioterapia, endoscópios flexíveis, artigos semicríticos e não críticos em geral), com atividade confirmada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pela ANVISA para as seguintes propriedades: | Esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida; Características físico químicas (aspecto, odor, cor, pH e doseamento químico); Irritabilidade dérmica, ocular e toxicidade inalatória. O produto deverá promover ação esporicida em até 10 minutos de contato, devidamente autorizado pela ANVISA, além da apresentação dos laudos microbiológicos, inclusive a microbactérias massiliense, conforme métodos de avaliação, emitidos por laboratórios credenciados à ANVISA, junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. O produto deverá ser fornecido com, no mínimo, 15 fitas por bombona, específicas para o monitoramento da concentração do ácido peracético ofertado, com comprovação por meio de laudos | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>laboratoriais. As fitas devem ser disponibilizadas dentro da caixa do produto de maneira que não necessitem refrigeração para a sua conservação. As embalagens do produto deverão atender o Regulamento de Avaliação da conformidade para embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, aprovado pela Portaria INMETRO, nº 326, de 11 de dezembro de 2006, com comprovação do respectivo Certificado de aprovação. Condições gerais: Prazo de validade do galão de, no mínimo, 18 meses. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total; A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento prático aos usuários do produto em todos os turnos, conforme necessidade do setor</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | usuário; Todos os Laudos que comprovem sua eficácia deverão ser apresentados no ato do pregão, junto com a proposta de preço. APRESENTAR AMOSTRAS | | | |
| 04 | 75.000 | UND | Agulha descartável Nº 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"), cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, biseltrifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Embalada unitariamente. | | | | |
| 05 | 40.000 | UND | Agulha descartável nº 40 x 16,0mm (18G x 11/2"). Para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora. Embalada unitariamente. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|--|--|--|--|--|
| 06 | 20.000 | UND | Agulha descartável nº 25 x 7,0mm (21G x 1 ") : Para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Embalada unitariamente. | | | | |
| 07 | 20.000 | UND | Agulha descartável Nº 25 x 8,0mm(21G x 1"): Para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Embalada unitariamente. | | | | |
| 08 | 20.000 | UND | Agulha descartável nº 30 x 8,0mm (22G x 1 1/4"). Para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora. Embalada unitariamente. | | | | |
| 09 | 5.000 | UND | Agulha descartável nº 13 x 4mm (26G x 1/2"). Para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre (NBR) E PROTETOR PLÁSTICO FIXO AO CANHÃO DA AGULHA, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora. Embalada unitariamente. | | | | |
| 10 | 30.000 | FRC | Álcool etílico (líquido) 70° GL 100ml em embalagem com dados de identificação e procedência. Frasco em almotolia de 100 ml. | | | | |
| 11 | 120 | FRC | Álcool etílico (líquido) 70° GL 1000ml, em embalagem com dados de identificação e procedência | | | | |
| 12 | 4.500 | FRC | Álcool GEL antisséptico (GEL) 70° GL em GEL 100ml em embalagem com dados de identificação e procedência. Frasco em almotolia de 100 ml. | | | | |
| 13 | 60 | FRC | Álcool gel antiséptico 70% 1000ml, em embalagem com | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | dados de identificação e procedência. | | | | |
| 14 | 60 | FRC | Álcool glicerinado 70% 1000 ml, em embalagem com dados de identificação e procedência. | | | | |
| 15 | 500 | UND | Algodão hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Pacote com 500gr. De acordo com ABNT 14635200. | | | | |
| 16 | 10 | UND | Almotolia de uso médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, opaco, fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 100ml. Resistente as desinfecções. | | | | |
| 17 | 50 | UND | Almotolia de uso médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, opaco, fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 250ml. Resistente as desinfecções. | | | | |
| 18 | 150 | UND | Almotolia de uso médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, transparente, com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 250ml. Resistente as desinfecções. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 19 | 3.600 | UND | Aparelho de barbear 2 lâminas. Descartável. Lâminas de alta qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, em aço inoxidável revestido de teflon, nitrogênio, cromo, com boa nitidez material. Empunhadura plástica. | | | | |
| 20 | 2 | UND | Aspirador para Rede Canalizada de Oxigênio. Frasco em policarbonato com capacidade de 400 ml. Tampa injetada em Nylon com inserção de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906. | | | | |
| 21 | 10 | PCT | Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com camada de goma em uma das faces. 6 cm de largura X 1.8 m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008. | | | | |
| 22 | 50 | PCT | Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com camada de goma em uma das faces. 10 cm de largura x 1,8m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 23 | 50 | PCT | Atadura de algodão ortopédico, 100% algodão cru, cor natural, relativa impermeabilidade, distribuição uniforme do algodão, enrolado de maneira uniforme, com camada de goma em uma das faces. 15cm de largura x 1,8m. Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT NBR 15620/2008. | | | | |
| 24 | 500 | PCT | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 06 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002. | | | | |
| 25 | 500 | PCT | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 10 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002. Pacote com 12 unidades | | | | |
| 26 | 500 | PCT | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 15 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). De acordo com ABNT 14056/2002. Pacote com 12 unidades | | | | |
| 27 | 500 | PCT | Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm ² , não abrasiva. 20 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056/2002. | | | | |
| 28 | 10 | CX | Atadura gessada, 100% algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue-zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 08 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa com 20 unidades. De acordo com ABNT 14852:2007 | | | | |
| 29 | 10 | CX | Atadura gessada, 100% algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue-zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 10 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa com 20 unidades. De acordo com ABNT 14852:2007. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|----|-----|---|--|--|--|--|
| 30 | 10 | CX | Atadura gessada, 100% algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue-zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 20 cm de largura x 300 cm de comprimento. Caixa com 20 unidades. De acordo com ABNT 14852:2007. | | | | |
| 31 | 50 | UND | Avental cirúrgico estéril, descartável e barreira viral. Composto por não tecido trilaminado de polipropileno e uma camada de filme monolítico, não poroso, com barreira de proteção impermeável e dobradura asséptica, respirável e barreira contra vírus, inclusive HIV, HBV e HCV. Deve possuir tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Cortes de mangas tipo Raglan, punhos em malha 100% algodão, acabamento em solda ultrassônica, com toalha de viscose absorvente para secagem das mãos. | Desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar, no uso em procedimentos cirúrgicos onde se faz necessária máxima proteção contra sangue e fluidos corpóreos. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, dimensões aproximadas: 1,55 x 1,35m, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|---|--|--|--|
| | | | | ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras. | | | |
| 32 | 1.000 | UND | Avental cirúrgico estéril, descartável. Composto por não tecido SSMMS, 100% polipropileno em cinco camadas com barreira de proteção álcool e hidrorrepelente e dobradura asséptica. Deve possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte reto e acabamento total em solda ultrassônica. Punho em malha 100% de algodão, com toalha de viscose absorvente para secagem das mãos 0,50m x 0,50m. Desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar no uso de aventais estéreis em procedimentos cirúrgico de curta duração e/ ou onde houver liberação de pouca quantidade de sangue e fluidos. | Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, dimensões aproximadas: 1,60m (largura) x 1,30 (altura), registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras | | | |
| 33 | 300 | PCT | Avental de uso hospitalar, confeccionado em não tecido (TNT), 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 30 g/m ² , manga longa, punho em lastex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | adesiva, não velcro. Cor branca. Tamanho único (aproximadamente 1,20 x 1,40m). Não estéril, descartável. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 34 | 50 | CX | Bandagem adesiva, hipoalergênica, para uso após punção venosa e/ou infecção confeccionada em fita microporosa e disco absorvente, tamanho aproximado de 2,5 X 2,5 cm. (blood Stop). | | | | |
| 35 | 800 | UND | Bandagem triangular em tecido de algodão cru medindo aproximadamente 2,0x1,40x1,40 metros. | | | | |
| 36 | 8 | CX | Benzina retificada 1000ml. Embalagem com dados de identificação e procedência. Caixa com 12 unidades | | | | |
| 37 | 1.000 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 11. | | | | |
| 38 | 1.000 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 12. | | | | |
| 39 | 200 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 15. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 40 | 200 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 21. | | | | |
| 41 | 1.000 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 22. | | | | |
| 42 | 100 | UND | Bisturi descartável estéril, com cabo plástico, lâmina em aço inoxidável ou aço | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|----------------------|--|--|--|
| | | | carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Esterilizado por Raio Gama. Produzido em conformidade com as normas NBR. Embalagem individual c/ inibidor de corrosão, proteção da lâmina de forma que não permita a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso. Embalagem que permita a retirada com facilidade de preferência com abertura em pétala - Nº 24. | | | | |
| 43 | 250 | UND | Bobina de papel para E.C.G. 216 x 30m | | | | |
| 44 | 2 | FRC | Cal sodada - Absorvente granulado de CO2 4,5Kg | | | | |
| 45 | 600 | UND | Campo cirúrgico estéril, descartável sem janela. Composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, indicado para cobertura de paciente, com dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da | Apresentar Amostras. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. | | | | |
| 46 | 500 | UND | Campo cirúrgico AVULSO 0,75m x 0,75m com Fenestras de 10 CM. Campo cirúrgico estéril, de uso único, composto por não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, álcool e Hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos. | Indicado para cobertura de paciente. Tamanho 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido SMS e envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica. Esterilização: óxido de etileno. Prazo de validade: 5 anos. Apresentar Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTA. | | | |
| 47 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 00 | | | | |
| 48 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 01 | | | | |
| 49 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 02 | | | | |
| 50 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 03 | | | | |
| 51 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 04 | | | | |
| 52 | 10 | UND | Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção nº 05 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|--|--|--|
| 53 | 5 | UND | Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 4,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 54 | 5 | UND | Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 5,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 55 | 5 | UND | Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 6,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|--|--|--|
| | | | olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 56 | 5 | UND | Cânula de traqueostomia descartável com balão Nº 6,5 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 57 | 5 | UND | Cânula de traqueostomia descartável com balão Nº 7,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 58 | 5 | UND | Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 7,5 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|--|--|--|
| | | | balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 59 | 5 | UND | Cânula de traqueostomia descartável com balão Nº 8,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |
| 60 | 5 | UND | Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 8,5 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 61 | 2.000 | UND | Cateter nasal adulto para instilação de oxigênio/ar comprimido através de indutores nasais em PVC ou em silicone, com conexão para linha de extensão (tipo óculos). | | | | |
| 62 | 100 | UND | Cateter nasal pediátrico para instilação de oxigênio/ar comprimido através de indutores nasais em PVC ou em silicone, com conexão para linha de extensão (tipo óculos). | | | | |
| 63 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 2,5fr X 34cm. | | | | |
| 64 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 3,5fr x 34cm | | | | |
| 65 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 5,0fr x 34cm | | | | |
| 66 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 6,0fr X 34cm. | | | | |
| 67 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Duplo lúmen 2,5fr X 42cm. | | | | |
| 68 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano duplo lúmen 3,5fr x 42cm | | | | |
| 69 | 5 | UND | Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano duplo lúmen 5,0fr x 42cm | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 70 | 100 | UND | Cateter venoso central radiopaco do tipo "por dentro da agulha" (INTRACATH) para terapia intravenosa 16 Gx12" constituído por material com excepcional lisura de superfície e superior inertividade, biocompatível, seguro e de fácil inserção. | | | | |
| 71 | 100 | UND | Cateter venoso central radiopaco do tipo "por dentro da agulha" (INTRACATH) para terapia intravenosa 19 Gx12" constituído por material com excepcional lisura de superfície e superior inertividade, biocompatível, seguro e de fácil inserção. | | | | |
| 72 | 6 | CX | Clamp umbilical descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual. Caixa com 100 unidades | | | | |
| 73 | 2.000 | UND | Frasco para coleta e mensuração de secreção (gástrica, biliar, salivar de drenagens) e urina, com extensor (sem preservativo na extremidade), para uso de paciente adulto. Com graduação legível em escala de 50ml e capacidade de 1200ml, com alça para transporte e adaptação ao leito | | | | |
| 74 | 10 | PCT | Coletor de urina descartável estéril unissex infantil com aproximadamente 18cmx7cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Apresenta fita dupla face hipoalergênica para fixação segura e sem lesões na pele e bordas com selagem de alta resistência evitando vazamentos. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 75 | 1.200 | UND | Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, extensor em PVC branco transparente medindo 1,30mm diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa de material resistente, branco opaco na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou cadaço para fixação na beira do leito. Capacidade acima de 1000 ml, adulto. | | | | |
| 76 | 500 | UND | Coletor de urina estéril, frasco transparente com tampa tipo rosca, capacidade de 80 a 100 ml | | | | |
| 77 | 200 | UND | Coletor de urina não estéril, frasco transparente com tampa tipo rosca, capacidade de 80 a 100 ml | | | | |
| 78 | 600 | UND | Compressa em não-tecido, estéril, sem filamento radiopaco (Manta RN). Altamente absorvente, cor branca, 100% viscose com | no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | baixo desprendimento de partículas e alta resistência mecânica. Indicado para absorção de fluidos em geral durante procedimentos cirúrgicos, assim como manta para recepção de recém nascidos, embaladas em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica contendo 1 unidade em cada embalagem. Tamanho 1,00m x 1,00m. Esterilização: óxido de etileno. Embalagens com 1 unidade em cada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento | | | | |
| 79 | 90 | UND | Compressa de gaze hidrófila, em rolo, tipo queijo, confeccionada em tela de algodão, com material macio, neutro altamente absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91 m x 91 cm, com 4 dobras e 11 fios por cm ² . Peso mínimo de 1200 a 1230g por rolo. Deverá atender as normas da ABNT NBR 14108/2003 | | | | |
| 80 | 700 | PCT | Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 10cm x 10, 11 fios por cm ² , fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 850 a 870 gramas por pacote. Deverá atender a ABNT NBR 13843/20019. Apresentar Amostras | | | | |
| 81 | 6.000 | UND | Dispositivo infusor múltiplo descartável, 02 vias, curto, para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | | | | |
| 82 | 300 | UND | Dispositivo para incontinência urinária com Uripem nº 5,0 | | | | |
| 83 | 1.000 | UND | Dispositivo para incontinência urinária com Uripem nº 7,0 | | | | |
| 84 | 10 | UND | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 1. | | | | |
| 85 | 10 | UND | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 2. | | | | |
| 86 | 10 | UND | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda sua | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 3. | | | | |
| 87 | 20 | UND | Dreno de tórax em silicone nº 32 | | | | |
| 88 | 20 | UND | Dreno de tórax em silicone nº 34 | | | | |
| 89 | 20 | UND | Dreno de tórax em silicone nº 36 | | | | |
| 90 | 20 | PCT | Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil. Descartável. Pacote com 50 unidades. | | | | |
| 91 | 30.000 | UND | Envelope autosecante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60/m ² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 90mm x 130mm | | | | |
| 92 | 20.000 | UND | Envelope autosecante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m ² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 190mm x 370mm. | | | | |
| 93 | 10.000 | UND | Envelope autosecante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m ²³ para utilização em autoclave á vapor 250mm x 350mm. | | | | |
| 94 | 200 | UND | Equipo descartável para transfusão sanguínea câmara dupla flexível | | | | |
| 95 | 30.000 | UND | Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer ou sliplock ou sliplock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | | | | |
| 96 | 500 | UND | Equipo micro gotas com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia, dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras, câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | | | | |
| 97 | 7.000 | UND | Equipo para administração de infusão de soluções enterais de coloração azul, atóxico, estéril e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola, ponta perfurante com protetor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo de alimentação a ser administrada). Produto de uso único. | | | | |
| 98 | 350 | UND | Escova para degermação e anti-sepsia pré-operatória das mãos contendo clorexidina 2% degermante. | | | | |
| 99 | 100 | UND | Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial, livre de mercúrio, composto por manômetro, montado em | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | adequada estrutura plástica resistente a quedas e livre de desregulagens frequentes, deve ser calibrável, os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos, com laudo técnico do INMETRO, com certificação de aferição individual, garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA, deve acompanhar braçadeira em nylon com fecho de metal TAM. ADULTO. Acondicionado em bolsa apropriada. Apresentar amostra | | | | |
| 100 | 20 | UND | Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial, livre de mercúrio, composto por manômetro, montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas e livre de desregulagens frequentes, deve ser calibrável, os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos, com laudo técnico do INMETRO, com certificação de aferição individual, garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA, deve acompanhar braçadeira em nylon com tamanho neonato. Acondicionado em bolsa apropriada. Apresentar amostra. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 101 | 2.000 | UND | Esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. Rolo com 10 cm x 4,5m. | | | | |
| 102 | 150 | UND | Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tamanho G | | | | |
| 103 | 1.600 | UND | Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tamanho M | | | | |
| 104 | 1.200 | UND | Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tamanho P | | | | |
| 105 | 500 | UND | Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia. | | | | |
| 106 | 1.200 | UND | Filtro de barreiras para intubação bacteriano/viral eletrostático indicado para uso proximal ao equipamento de ventilação mecânica (linha inspiratória e expiratória) membrana hidrofóbica, eficiência e filtração viral e bacteriana 99,99%. Conectores padrão ISSO 15 E 22mm. Embalagem estéril, para uso exclusivo de paciente único, descartável e livre de látex. | | | | |
| 107 | 3 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut simples nº 0 de comprimento 70cm agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comp. 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|--|--|--|--|
| | | | qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 108 | 2 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut simples nº 1, de comprimento 90 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,8cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 109 | 7 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut simples nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|--|--|--|--|
| | | | deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa com/ 24 unidades. | | | | |
| 110 | 2 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut simples nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 5,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa com/ 24 unidades. | | | | |
| 111 | 10 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut cromado nº 0, de comprimento 150 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada afim de assegurar a | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 112 | 8 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut cromado nº 1, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento de uso. Caixa c/24 unidades. | | | | |
| 113 | 3 | CX | Fio absorvível natural tipo catgut cromado nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática) 1/2 círculo, comprimento 4,0 cm. Fio para fechamento geral e obstetrícia/ginecologia. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|--|--|--|--|
| | | | o momento de uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 114 | 3 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0 cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 115 | 40 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 2-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|---|--|--|--|--|
| | | | armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 116 | 40 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 2-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 3,0 cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá se acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 117 | 120 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 3-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
| | | | produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 118 | 100 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 3-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 3,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 119 | 20 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 4-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 120 | 5 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 5-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 121 | 2 | CX | Fio de sutura nylon monofilamento preto, nº 6-0, de comprimento 45 cm, agulha triangular (traumática), 3/8 círculo de comprimento 1,9 a 2,0cm. Cuticular, fio monofilamento de poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade e de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. | | | | |
| 122 | 10 | CX | Fio para sutura absorvível sintético, nº 0, de comprimento 70 cm, agulha cilíndrica (atraumática), 1/2 círculo, de 4 cm. Fech. geral, fio para sutura trançado, violeta, do tipo poliglactina 910 ou ácido poliglocólico, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidávelde primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser condicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 36 unidades. | | | | |
| 123 | 10 | CX | Fio para sutura absorvível sintético, nº 0, de comprimento 90 cm, agulha cilíndrica (atraumática), 1/2 círculo, de 4,8 cm. Fech. geral, fio para sutura trançado, violeta, do tipo poliglactina 910 ou ácido poliglocólico, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | com superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser acondicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 36 unidades. | | | | |
| 124 | 10 | CX | Fio para sutura absorvível sintético nº 1, de comprimento 70cm, agulha cilíndrica (atraumática), 1/2 círculo, comprimento de 4,0 cm, fech. geral, fio para sutura trançado, violeta, do tipo poliglactina 910 ou ácido poliglocólico, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superfície lisa flexível. A agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração, reduzindo traumas nos tecidos. Deverá ser condicionado em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/36 unidades. | | | | |
| 125 | 1.000 | UND | Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo a base de resina de | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | borracha sintética, para uso geral e para fechamento de pacotes a serem esterilizados a vapor. Medida aproximada de 19mm x 50m | | | | |
| 126 | 600 | UND | Fita autoclávica (controle de exposição) para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterilizados em autoclave (classe 1) composta de papel crepado e coberto com adesivo a base de resina e borracha. Cor creme claro, listras intermitentes diagonais, impregnadas de substância química (indicador de processo), que após o ciclo, mudam para espectro de cor entre cinza e o grafite. Medida aproximada de 19mm x 30m. | | | | |
| 127 | 700 | UND | Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente a umidade, tipo micropore, rolo com 12,5mm x 10 m. | | | | |
| 128 | 2.000 | UND | Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 25 mm x 10 m. | | | | |
| 129 | 20 | RL | Fita de empacotamento marron, aproximadamente 45mm X 45m, para auxiliar no fechamento de caixas e embalagens ,confeccionada em filme polipropileno biorientado (BOPP) e adesivo a base de resina e borracha | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|
| | | | sintética, sensível a pressão, com adesão instantânea. | | | | |
| 130 | 70 | UND | Fixador para raio- X automático galão 38 litros | | | | |
| 131 | 100 | UND | Fluxômetro de oxigênio escala 0-15 L/min | | | | |
| 132 | 10 | PCT | Fralda descartável infantil com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho P (criança de peso de 3 a 6 Kg). Antialérgica, com maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com barreira lateral anti-vazamento, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o manuseio. Comprimento total da fralda de mínimo 50 cm, largura da manta de no mínimo 9cm | Embalado conforme a praxe do fabricante em pacotes com NO MÍNIMO DE 30 UNIDADES NO PACOTE, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. | | | |
| 133 | 500 | UND | Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho P (adulto com peso abaixo de 70 Kg). Pacote com 10 unidades | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 134 | 2.500 | UND | Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho M (adulto com peso de 45 a 70 Kg). Pacote com 9 unidades | | | | |
| 135 | 3.000 | PCT | Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho G (adulto com peso acima de 70 Kg). Pacote com 8 unidades | | | | |
| 136 | 5.000 | PCT | Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis Tamanho extra G (adulto com peso acima de 70 kg). Pacote com 7 unidades. | | | | |
| 137 | 7.000 | UND | Frasco descartável para dieta enteral, plástico transparente, estéril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedação acoplada a tampa rosquada e alça para suporte. Embalado individualmente com especificação do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificação do paciente e da solução. Capacidade de 300 ml. | | | | |
| 138 | 150 | UND | Gel para ultrasom 100g | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| 139 | 350 | KIT | <p>Kit cirúrgico estéril, indicado para parto normal. De uso único contendo: 1 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos. Tamanhos: 2,00m x 1,50m. 1 campo cirúrgico superior, composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidrorrepelente e reforço em não tecido absorvente e impermeável, e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica, e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Tamanho: 1,50m x 1,00m.</p> | <p>-1 campo cirúrgico inferior, composto de filme plástico em formato de bolsa com dreno e reforço em não tecido altamente absorvente na borda que entra em contato com o paciente, barreira de proteção impermeável e dobradura asséptica para colocação sob o quadril da paciente. Tamanho: 0,70m x 1,05m. -1 par de perneiras, composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas, com barreira de proteção hidrorrepelente e dobradura asséptica. Fitas adesivas hipoalergênicas para fixação na paciente. Indicadas para cobertura dos membros inferiores do paciente. Tamanho: 0,60m x 1,05m. - 4 fitas adesivas avulsas, tamanho aprox. 0,05m x 0,30m. Embalados individualmente em dupla embalagem com o próprio campo impermeável de mesa instrumental e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de</p> | | | |
|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras | | | |
| 140 | 250 | KIT | Kit cirúrgico universal. Contendo: 2 aventais cirúrgicos compostos por não tecido SMS, 100% de polipropileno em cinco camadas, com barreira de proteção hidrorrepelente, punho de malha 100% algodão e dobradura asséptica. Possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de viscose absorvente para secagem das mãos. Acabamento total em solda ultrassônica. Dimensões aproximadas: 1,60 x 1,30m. - 1 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de não tecido absorvente, posicionado na região central do campo, | laminado a uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos. Dimensões aproximadas: 2,00m x 1,50m. -1 campo cirúrgico superior e composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreiras de proteção hidrorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica, dobradura asséptica. Indicada para cobertura de paciente. Tamanho: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>1,50m x 2,60m. - Campo cirúrgico inferior composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidrorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Dimensões aproximadas: 2,20m x 1,50m.</p> <p>-2 campos cirúrgicos laterais compostos de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidrorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Dimensões aproximadas: 1,50m x 1,00m. -4 fitas adesivas avulsas, dimensões</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>aproximadas: 0,05m x 0,30m. Embalados individualmente em dupla embalagem com o próprio campo impermeável de mesa instrumental e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Apresentar Amostras.</p> | | | |
| 141 | 200 | KIT | <p>Kit cirúrgico estéril, indicado para cirurgia tipo Cesárea. Conjunto cirúrgico estéril, de uso único, contendo:- 01 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de não tecido de alta absorção, posicionado na região central do campo, laminado a uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos, indicado para cobertura de mesa de instrumentais e superfícies</p> | <p>- 01 campo cirúrgico de paciente, composto de não tecido SMMS, 100% polipropileno em quatro camadas, álcool e hidrorrepelente, com fenestra de filme incisinal triangular, adesiva e hipoalergênica de aprox. 0,20m de altura e 0,30m de base, protegida por bolsa plástica coletora de fluidos de</p> | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | em geral. Tamanho 1,50m x 2,00m. | aprox. 0,70m x 0,90m, com dreno. A bolsa coletora possui janela de aprox. 0,42m x 0,45m. Apresentação com dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Tamanho: 2,00m x 3,00m. - 04 fitas adesivas avulsas, tamanho aprox. 0,05m x 0,30m, embalados individualmente em dupla embalagem com o próprio campo, impermeável de mesa instrumental e envelope dupla face de papel grau cirúrgico, com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica. Esterilização: óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTA. | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 142 | 50 | UND | Kit para nebulização para linha de ar comprimido, contendo máscara modelo adulto, mangueira de 1,60m com conector amarelo 3/4" (16UNF) e copo dosador. | | | | |
| 143 | 50 | UND | Kit para nebulização para linha de oxigênio, contendo máscara modelo adulto, mangueira de 1,60m com conector verde 9/16" (18UNF) e copo dosador. | | | | |
| 144 | 25 | UND | Kit para nebulização para linha de oxigênio, contendo máscara modelo infantil, mangueira de 1,60m com conector verde 9/16" (18UNF) e copo dosador. | | | | |
| 145 | 25 | UND | Kit para nebulização para linha de ar comprimido, contendo máscara modelo infantil, mangueira de 1,60m com conector amarelo 3/4" (16UNF) e copo dosador. | | | | |
| 146 | 100 | CX | Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, Lâmina perfurante com diâmetro aproximado de 21, 23 ou 28G, profundidade entre 1,6 a 1,8mm, com retração automática e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. Caixa com 100 unidades. | | | | |
| 147 | 1.500 | UND | Lençol de papel descartável rolo com 50cmx50m. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 148 | 2.000 | PCT | Lençol descartável branco (TNT) com elástico 2m x 90cm. Pacote com 10 unidades | | | | |
| 149 | 2.000 | PAR | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 6,5 (N° 7.0 de acordo com a NBR) | | | | |
| 150 | 2.000 | PAR | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 7,5 (N° 8.0 de acordo com a NBR) | | | | |
| 151 | 2.000 | PAR | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico N° 8.0 (N° 8.5 de acordo com a NBR) | | | | |
| 152 | 1.500 | PAR | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µ/grama) e antiderrapante . Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|---|--|--|--|--|
| | | | termoplástico Nº 8,5 (Nº 9.0 de acordo com a NBR) | | | | |
| 153 | 1.000 | CX | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho extra pequeno (PP). | | | | |
| 154 | 3.000 | CX | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho pequeno. | | | | |
| 155 | 3.000 | CX | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho médio. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 156 | 1.000 | CX | Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Grande. | | | | |
| 157 | 6 | UND | Malha tubular ortopédica 04cmx25m | | | | |
| 158 | 5 | RL | Malha tubular ortopédica 10cmx25cm | | | | |
| 159 | 20 | UND | Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal ADULTO, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40° GRAUS, assumindo formato de "J". A embalagem deverá ser de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA. Ter o Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 160 | 10 | UND | Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal INFANTIL, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredondada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40° GRAUS, assumindo formato de "J". A embalagem deverá ser de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | ANVISA.Ter o Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 161 | 200 | UND | Manta aluminizada térmica para resgate, confeccionada em polietileno aluminizado, medidas mínimas de 2,10 x 1,40 | | | | |
| 162 | 600 | UND | Máscara de não reinalação com reservatório, ADULTO, confeccionada em vinil macio transparente, bolsa reservatório de oxigênio, tubo extensor de suprimento de O2 com aproximadamente 2,10m de comprimento, presilha ajustável ao nariz para fixação confortável. Faixa elástica ajustável a face do paciente. Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 163 | 50 | UND | Máscara de não reinalação com reservatório, INFANTIL, confeccionada em vinil macio transparente, bolsa reservatório de oxigênio, tubo extensor de suprimento de O2 com aproximadamente 2,10m de comprimento, presilha ajustável ao nariz para fixação confortável. Faixa elástica ajustável a face do paciente. Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 164 | 500 | CX | Máscara elástico branca descartável. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% e tripla camada com filtro. Tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. Clips nasal de alumínio com | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | aproximadamente 14 cm de comprimento. caixa c/ 50 unidades. | | | | |
| 165 | 10 | CX | Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. Caixa com 50 unidades | | | | |
| 166 | 20 | UND | Máscara de Venturi Adulto (kit) | | | | |
| 167 | 10 | UND | Máscara de Venturi Infantil (kit) | | | | |
| 168 | 1.000 | UND | Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N95) filtro maior ou igual a 95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica hipoalérgica e inodora, embalada individualmente. | | | | |
| 169 | 100 | UND | Máscara de Alta Concentração de Oxigênio ADULTO com reservatório (balão para oxigênio) e com elástico. Contendo extensão | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | para conexão em oxigênio (tubo de O ₂) de aproximadamente 2,10 m. | | | | |
| 170 | 20 | UND | Máscara de Alta Concentração de Oxigênio INFANTIL com reservatório (balão para oxigênio) e com elástico. Contendo extensão para conexão em oxigênio (tubo de O ₂) de aproximadamente 2,10 m. | | | | |
| 171 | 100 | UND | Óculos de proteção transparente com lentes anti-embaçante | | | | |
| 172 | 100 | RL | Papel grau cirúrgico 100mm x 100m com indicador de esterilização | | | | |
| 173 | 50 | RL | Papel grau cirúrgico 150mm x 100m com indicador de esterilização | | | | |
| 174 | 50 | RL | Papel grau cirúrgico 200mm x 100m com indicador de esterilização | | | | |
| 175 | 50 | RL | Papel grau cirúrgico 300mm x 100m com indicador de esterilização | | | | |
| 176 | 50 | CX | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 10 volumes 1000 ml. Caixa com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. | | | | |
| 177 | 120 | FRC | Polivinilpirrolidona-iodo (pvpi) solução degermante com 1% de iodo ativo frasco 100ml (almotolia). | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 178 | 1.500 | UND | Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 13 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500. | | | | |
| 179 | 200 | UND | Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 03 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500. | | | | |
| 180 | 600 | UND | Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 07 litros, confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento, acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno, cinta em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que facilite o descarte de material e linha que apresente o limite máximo de enchimento. Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 7500. | | | | |
| 181 | 10 | UND | Recipiente para coleta de resíduo de serviço de saúde e material perfurocortante, capacidade 13 litros, impermeável, rígido, resistente e perfurações. Apresentação com o coletor propriamente dito, tampa, bocal com sobretampa, alças para transporte e dispositivo para fixação do mesmo. Constituído por polipropileno ou similar que permita a autoclavagem e incineração em conformidade com os órgãos estaduais de saúde pública, apresentando | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | símbolo normatizado internacionalmente. | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 182 | 70 | UND | Revelador para Raio- X automático galão 38 litros | | | | |
| 183 | 500 | PCT | Saco de lixo cor azul para recicláveis com 100 litros. Embalagem com 100 unidades. | | | | |
| 184 | 500 | PCT | Saco de lixo cor preta para resíduos não recicláveis com 100 litros. Embalagem com 100 unidades. | | | | |
| 185 | 500 | PCT | Saco de lixo hospitalar branco com 100 litros. Embalagem com 100 unidades | | | | |
| 186 | 30 | RL | Saco plástico picotado transparente em polipropileno – 20 x 30 cm , material atóxico e inodoro para acondicionar alimentos, gramatura 0,8 reembalado em plástico reforçado. bobina com 1000 unidades | | | | |
| 187 | 50 | RL | Saco plástico picotado transparente em polipropileno – 30 x 40 cm, material atóxico e inodoro para acondicionar alimentos, gramatura 0,8 reembalado em plástico reforçado. bobina com 1000 unidades. | | | | |
| 188 | 10 | RL | Saco plástico picotado transparente em polipropileno – 40 x 60 cm, material atóxico e inodoro para acondicionar alimentos, gramatura 0,8 reembalado em plástico | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | reforçado. bobina com 500 unidades. | | | | |
| 189 | 5 | UND | Salto de borracha G | | | | |
| 190 | 5 | UND | Salto de borracha M | | | | |
| 191 | 5 | UND | Salto de borracha P | | | | |
| 192 | 4.000 | UND | Sapatilha cirúrgica, TNT, formato que permita cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura x 18 cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura 30. Tamanho único. | | | | |
| 193 | 100 | CX | Scalp para infusão venosa 21G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança em corpo único, conforme a NR 32 do do Ministério do Trabalho, agulha com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aço inox, sem rebarbas ou resíduos, permitindo penetração suave, asas de empunhadura leves e flexíveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexível e transparente, conector luer look rígido assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos. Esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | e registro no MS. Caixa com 100 unidades. | | | | |
| 194 | 2.500 | UND | Seringa descartável com disposto de segurança conforme NR32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica. | | | | |
| 195 | 20.000 | UND | Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha de 0,38 de diâmetro por 13mm de comprimento, embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. | | | | |
| 196 | 35.000 | UND | Seringa descartável de 10 ml, graduada a cada 2 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luerlock. Estéril, atóxica, apirogênica. | | | | |
| 197 | 20.000 | UND | Seringa descartável de 20 ml, graduada a cada 5 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luerlock. Estéril, atóxica, apirogênica. | | | | |
| 198 | 35.000 | UND | Seringa descartável de 3 ml, graduada a cada 0,1 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luerlock. Estéril, atóxica, apirogênica. | | | | |
| 199 | 24 | FRC | Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% 1000ml | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|
| 200 | 500 | FRC | Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia). | | | | |
| 201 | 60 | UND | Solução aquosa de digluconato de clorexidina 4% 1000ml | | | | |
| 202 | 50 | UND | Solução enzimática (Detergente Multienzimático) para limpeza de artigos médico hospitalares composto por 5 enzimas, detergente não iônico/aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 5.000 ml, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. O produto deve ser notificado na ANVISA. As empresas deverão | cotar na proposta o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a solução concentrada, disponibilizar catálogo e manual de apresentação do produto. Apresentar amostra. | | | |
| 203 | 10 | CX | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5cc, nº 20. Embalagem com 10 unidades | | | | |
| 204 | 5 | PCT | Sonda nasogástrica curta nº 6,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 205 | 5 | PCT | Sonda nasogástrica curta nº 8,0 - pct com 10 unid | | | | |
| 206 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 6,0 - pct com 10 unid | | | | |
| 207 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 8,0 - pct com 10 unid | | | | |
| 208 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 12,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 209 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 14,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 210 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 16,0 - pct com 10 unid | | | | |
| 211 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 18,0 pct com 10 unidades | | | | |
| 212 | 20 | PCT | Sonda nasogástrica longa nº 20,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 213 | 5 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 4. Pacote com 10 unidades. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 214 | 5 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 4. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 215 | 400 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 06. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 216 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 6. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 217 | 2.500 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 08. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 218 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 8. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 219 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 10. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 220 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 10. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 221 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 12. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 222 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 12. Pacote com 10 unidades. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|--|--|--|
| 223 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 14. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 224 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 14. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 225 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 16. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 226 | 10 | PCT | Sonda p/ aspiração traqueal, com válvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 16. pacote com 10 unidades | | | | |
| 227 | 10 | PCT | Sonda para aspiração traqueal, sem válvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC nº 18. Pacote com 10 unidades. | | | | |
| 228 | 10 | PCT | Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 18. pacote com 10 unidades | | | | |
| 229 | 5 | PCT | Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 20. pacote com 10 unidades | | | | |
| 230 | 5 | PCT | Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 20. pacote com 10 unidades | | | | |
| 231 | 40 | UND | Sonda para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | e externo de 3,9mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril nº 12 | | | | |
| 232 | 5 | PCT | Sonda uretral nº 4,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 233 | 20 | PCT | Sonda uretral nº 6,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 234 | 500 | PCT | Sonda uretral nº 8,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 235 | 500 | PCT | Sonda uretral nº 10,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 236 | 1.500 | PCT | Sonda uretral nº 12,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 237 | 150 | PCT | Sonda uretral nº 14,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 238 | 150 | PCT | Sonda uretral nº 16,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 239 | 100 | PCT | Sonda uretral nº18,0 pacote com 10 unidades | | | | |
| 240 | 50 | PCT | Tala de papelão descartável 20x45 pct com 10 unid | | | | |
| 241 | 50 | PCT | Tala de papelão descartável 20x70 pct com 10 unid | | | | |
| 242 | 80 | UND | Tala metálica alumínio para dedo G | | | | |
| 243 | 100 | UND | Tala metálica alumínio para dedo M | | | | |
| 244 | 90 | UND | Tala metálica alumínio para dedo P | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 245 | 300 | UND | Termômetro clínico prismático | | | | |
| 246 | 10 | UND | Tesoura ponta romba resgate 18cm | | | | |
| 247 | 200 | PCT | Touca descartável com elástico c/ 100 unidades | | | | |
| 248 | 200 | UND | Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luerlock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. | | | | |
| 249 | 2 | UND | Tubo em látex 200 rolo 15m | | | | |
| 250 | 2 | UND | Tubo em látex 204 embalagem com 15 metros. | | | | |
| 251 | 10 | UND | Tubo em silicone 202 rolo 15m | | | | |
| 252 | 10 | UND | Tubo em silicone 204. Rolo de 15 metros | | | | |
| 253 | 10 | UND | Tubo em silicone 205 rolop 15m | | | | |
| 254 | 3 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff nº 2.5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 255 | 3 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff nº 3.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 256 | 3 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff nº 3.5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 257 | 3 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff nº 4.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 258 | 3 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff nº 4.5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 259 | 5 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|--|--|--|--|
| | | | volume nº 5.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 260 | 5 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 5,5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 261 | 5 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 6.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 262 | 20 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 7.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 263 | 30 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 7.5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 264 | 30 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 8.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 265 | 5 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 8.5. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 266 | 5 | CX | Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume nº 9.0. Caixa com 10 unidades. | | | | |
| 267 | 50 | UND | Umidificador de oxigênio (tampa de nylon injetada, frasco plástico de 250 ml e 500 ml com nível máximo e | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | mínimo, porca adaptável ao fluxômetro). | | | | |
| 268 | 20 | UND | Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com uma saída. Indicada para o controle da pressão de saída de gases com fins medicinais. Fabricada em latão cromado com peças injetadas em nylon; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Válvula de segurança e niples com pino de impacto; Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm ² ; Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. | | | | |
| 269 | 10 | CX | Vaselina líquida 1000ml. Caixa com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. | | | | |
| 270 | 12 | UND | Eletrodo precordial para peras em eletrocardiograma (ECG). ADULTO. Fabricados em Alumínio com revestimento de Prata ou Cromo para proporcionar melhor contato na ligação do Aparelho de Eletrocardiograma. Deverá ser compatível com todos os equipamentos e cabos de eletrocardiograma (ECG). | | | | |
| 271 | 12 | KIT | KIT/CONJUNTO de Pêra com eletrodo precordial para eletrocardiograma (ECG). ADULTO. Fabricados em Alumínio com revestimento de Prata ou Cromo para proporcionar melhor contato na ligação do Aparelho de | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|---|--|--|--|--|
| | | | Eletrocardiograma. Deverá ser compatível com todos os equipamentos e cabos de eletrocardiograma (ECG). | | | | | |
| 272 | 10 | PCT | Lacre plástico de segurança, em nylon, tipo escada, numerado, medida aproximada de 14 a 18 cm de ponta a ponta. PACOTE COM 100 LACRES. | | | | | |
| 273 | 300 | UND | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL, compatível com bomba de infusão LF SMART LIFEMED, | Equipo para administração de soluções parenterais com câmara graduada de 100 a 200ml, com pinça tipo clamp (corta fluxo) acima da câmara, com ponta perfurante universal, com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, filtro de ar e tampa, tubo extensor de PVC com no mínimo 2,00 metros, com ou sem seguimento de silicone, com clamp corta fluxo ou válvula / acessório que não permita fluxo livre e volume de preenchimento de 15ml a 35ml, com pinça rolete, filtro intravenoso de 15 com a finalidade específica de reter os particulados em suspensão (resíduos de vidro, borracha, etc), preferencialmente | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | após injetor lateral ou na câmara de gotejamento, terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número lote, registro na ANVISA. | | | |
| 274 | 100 | UND | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOLENSÍVEL, LIVRE DE PVC P/ BOMBA INFUSORA, compatível com bomba de Infusão LF SMART LIFEMED, EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, LIVRE DE PVC, para infusão de drogas que interajam com PVC | para uso em bomba de infusão com ponta perfurante universal com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, filtro de ar e tampa, tubo extensor com no mínimo 2,00 metros, com pinça rolete, injetor lateral com membrana autocicatrizante ou conector valvulado, dispositivo/clamp anti-fluxo livre, filtro de partículas de 15 micra (padrão NBR 8536-4:2008), com a finalidade de reter os particulados em suspensão (resíduos de vidro, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|---|---|--|--|--|
| | | | | borracha, etc), devendo estar localizado após injetor lateral ou ser fornecido separadamente para conexão em porção proximal do equipo, terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 275 | 10.000 | UND | Indicador biológico, leitura em 48 horas, indicado para controle biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. Método de Leitura por mudança de cor do meio de cultura (mudança de pH). Composto de uma tira de papel contendo população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e calibrados de Bacillus Sterother-Morphillus (ATCC 7953, apresentar certificado de qualidade assegurada), acondicionada em ampola | validade no rótulo e um indicador químico para diferenciar ampolas já processadas. Embaladas em caixas com no mínimo 25 unidades. Deverá acompanhar 10 incubadoras compatíveis em comodato e oferecer treinamento técnico através de profissional qualificado. Fornecer treinamento técnico | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada com tampa, aberturas e protegida por papel hidrofóbico. Em cada ampola deverá constar lote e data de fabricação,</p> | <p>através de profissional(is) capacitado(s). APRESENTAR: a) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 15 dias quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. b) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; c)</p> | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
| | | | | Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas APRESENTAR AMOSTRA. | | | |
| 276 | 400 | CX | Indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do <i>Geobacillus stearothermophilus</i> . Possui certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarado: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível a temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e | alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por "REJECT" (rejeitado), e deverá atingir a área denominada "ACCEPT" (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura.</p> <p>Embalados em pacotes com 500 unidades. Fornecer treinamento técnico através de profissional(is) capacitado(s).</p> <p>APRESENTAR: a) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 15 dias quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. b) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; c) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas APRESENTAR AMOSTRA.</p> | | | |
| 277 | 60.000 | UND | <p>Tira reagente para determinação de glicose sanguínea:</p> | <p>Para teste de determinação de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal. Método de leitura através de fotometria e ou amperometria, faixa de medição deverá ter entre 20 mg/dl a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl, que não sofra interação com oxigênio (glicose desi-drogenase). Embalagem com 25 ou 50 tiras/unidades. Na embalagem deverá constar: nº do registro no Ministério</p> | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>da Saúde, lote, data de fabricação e validade. 1 – A empresa vencedora deverá fornecer em “Cessão de Uso” 60 aparelhos glicosímetros de tecnologia biosensor para leitura do exame durante o período de vigência da ata de registro de preços, devendo 25% deles serem entregues juntamente com a primeira compra de tiras reagentes, formalizada através de emissão de nota de empenho. 2 – Em caso de falha (inclusive falta de bateria) no funcionamento dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 15 dias após notificação do órgão. Portanto, no valor unitário, os proponentes deverão prever todos os custos. 3 – A licitante deverá disponibilizar e instalar software em português para resultados e desenvolvimento de</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ações de controle glicêmico. A capacitação das equipes de saúde na utilização do software ficará a cargo da licitante e as instalações deverão ser iniciadas logo após a emissão da primeira nota de empenho contemplando as tiras reagentes. 4 - Fornecer treinamento técnico através de profissional(is) capacitado(s). APRESENTAR: a) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 15 dias quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | de inscrição no COREN, telefone para contato. b) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; c) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas APRESENTAR AMOSTRA. | | | |
| 278 | 4.000 | PCT | Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 7,5cm x 7,5, 11 fios por cm ² , fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 390 a 400 gramas por pacote. Deverá atender a ABNT NBR | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|-------|--|
| | | | 13843/20019. Apresentar amostra. | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | |

2.1 - Local de entrega: A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame fica(m) obrigada(s) a realizar as entregas no local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

2.3 - Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota de Empenho.

2.4 - Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aprovação do respectivo processo pelo setor competente.

3 - Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.

4 - Declara, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Matinhos, ___ de _____ de 2019.

Assinatura e identificação
(representante legal/procurador da licitante / Nome/RG/CPF/Cargo-Função)